

インスリンポンプ・持続グルコース測定器を 装着中の方へ

公益財団法人石川県成人病予防センター

当センターでは、日本糖尿病協会の指導に基づき、下記の対応を取らせていただきます。何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。

**インスリンポンプ、持続グルコース測定器を装着したまま
X線検査(胸部X線、胃部X線、マンモグラフィー検査)を
ご受診いただくことはできません**

- 機器を外していただければ、X線検査をご受診いただけます。
ただし、検診受診のために機器の取り外しを行ってよいか、主治医にご確認ください。
- 当センタースタッフによる機器の取り外しは行っておりません。
- 本日受診できない場合の検診日程等は、主治医とご相談の上、決めていただくようお願いいたします。

インスリンポンプ・持続グルコース測定器は 磁気の影響を受ける可能性があります。 検査前に必ず取り外しをお願いいたします。

X線も含む

インスリンポンプ

ミニメド620G/640G
インスリンポンプ
日本メドトロニック株



パラダイムインスリンポンプ
712/722
日本メドトロニック株



メディセーフウィズ
テルモ(株)



TOP-8200
株トップ



持続グルコース測定器 (CGM/FGM)

ミニメド620G/640Gトランスミッタ
ガーディアンコネク
iPro2
日本メドトロニック株



Dexcom G4 PLUTINUMシステム
テルモ(株)



FreeStyle リプレセンサー
FreeStyle リプレ Pro センサー
アボットジャパン(同)



取り外しが必要なもの

療法	製品名	装着・携帯しているもの	X線	CT	MRI
インスリンポンプ	ミニメド620G/640Gインスリンポンプ パラダイムインスリンポンプ712/722	注入セット	必要なし	必要なし	必要なし
		ポンプ本体	必要	必要	必要
	メディセーフウィズ	注入セット(パッチ)	必要	必要	必要
		ポンプ	必要	必要	必要
	TOP-8200	注入セット	必要なし	必要なし	必要
		ポンプ本体	必要	必要	必要
CGM/FGM	ミニメド620G/640Gトランスミッタ ガーディアンコネク iPro2	トランスミッタ・レコーダー	必要	必要	必要
		センサー	必要	必要	必要
	Dexcom G4 PLUTINUMシステム	センサー	必要	必要	必要
		トランスミッタ	必要	必要	必要
	FreeStyle リプレセンサー FreeStyle リプレ Pro センサー	センサー	必要	必要	必要

各製品の使用方法については各社コールセンターまでお問い合わせください。

日本メドトロニック株式会社 日本メドトロニック24時間サポートライン TEL: 0120-56-32-56 受付時間24時間365日

テルモ株式会社 テルモ・コールセンター TEL: 0120-76-8150 CGM・血糖測定システム等 24時間365日受付
TEL: 0120-84-1214 インスリンポンプ専用 24時間365日受付

株式会社トップ TEL: 03-3882-7741 月曜～金曜8:30～17:30(祝日・会社休日を除く)
※お問い合わせは医療従事者の方に限らせていただきます。

アボットジャパン合同会社 お客様相談窓口: 0120-37-8055 受付時間: [月曜～金曜] 8:00-20:00, [祝日] 8:00-17:00
お客様相談窓口メールアドレス(常時受付): adc-cs.jp@abbott.com